



V Olomouci 20.5.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce s názvem
„Vyšetřovací a operační rukavice“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.5.2019

Zadavatel v rámci popisu způsobu hodnocení uvádí, že budou hodnoceny technické, jakostní a funkční vlastnosti nabízených rukavic.

S2. subkritérium 2) Alergická reakce pokožky

Hodnocení:

- 1 bod - zcela nevyhovuje
- 2 body – je splněno špatně
- 3 body - je splněno dobře
- 4 body - je splněno velmi dobře
- 5 bodů - je splněno výborně

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že toto dílčí kritérium není jednoduše číselně vyjádřitelné, může zadavatel specifikovat metodu hodnocení S2. subkritérium 2) Alergická reakce pokožky ?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje škálu hodnocení pro subkritérium S2. Subkritérium 2) Alergická reakce pokožky:

Hodnocení:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 bod - zcela nevyhovuje | (velmi silná alergická reakce pokožky) |
| 2 body - je splněno špatně | (silná alergická reakce pokožky) |
| 3 body - je splněno dobře | (slabá alergická reakce pokožky) |
| 4 body - je splněno velmi dobře | (velmi slabá alergická reakce pokožky) |
| 5 bodů - je splněno výborně | (bez alergické reakce pokožky) |