



V Olomouci 3.6.2019

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce s názvem  
„Vyšetřovací a operační rukavice“**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29.5.2019**

**1 ) Dotaz :**

„Chtěli bychom upřesnit, zda hodnoty AQL, které zadavatel požaduje u jednotlivých rukavic, mají platit u hotových výrobků, které jsou již zabaleny (v případě operačních rukavic samozřejmě i vysterilizovány) v konečném obalu pro zákazníka?“

**Odpověď:**

Ano, zadavatel požaduje, aby hodnota AQL byla uváděna jako hodnota týkající se hotových výrobků – to znamená výrobků po zabalení a u operačních rukavic také po vysterilizování.

**2) Dotaz:**

„Zadavatel požaduje u latexových vyšetřovacích rukavic s pudrem, aby tyto rukavice byly opatřeny vnitřní syntetickou vrstvou. Domníváme se, že u tohoto typu vyšetřovacích rukavic se vnitřní syntetická vrstva obecně nepoužívá. Ustoupí zadavatel od tohoto požadavku?“

**Odpověď:**

Ano, zadavatel připouští nabídku latexových vyšetřovacích rukavic s pudrem, které nebudou opatřeny vnitřní syntetickou vrstvou.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace č.10 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 8.7.2019 do 10:00 hodin. Současně s tímto prodloužením termínu pro podání nabídek prodlužuje i termín pro dodání vzorků dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci do 8.7.2019 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek v listinné podobě (kontrola poskytnutých vzorků) proběhne dne 8.7.2019 v 10:30 hodin.**