



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-000740 s názvem:

„Audiometry“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2 kusů sestav klinických audiometrů pro provádění tónové a slovní audiometrie mobilních i imobilních pacientů na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku včetně provedení zaškolení personálu a poskytování záručního a pozáručního servisu.

3. Technické požadavky

3.1. Specifikace

- ✓ Celý audio-řetězec (audiometr a všechno ostatní příslušenství) musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek.
- ✓ Přístroj musí provádět vyšetření vzdušným i kostním vedením tónové a slovní audiometrie.
- ✓ Přístroj musí mít 2 audio kanály (levý, pravý).
- ✓ Přístroj musí mít frekvenční rozsah pro vzdušné vedení minimálně 125 - 8000 Hz a pro kostní vedení minimálně 250 - 4000 Hz.
- ✓ Přístroj musí mít nastavitelnou intenzitu zvuku minimálně v rozsahu -10 dBHL - 120 dBHL (pro první kanál) a -10 dBHL - 70 dBHL (pro druhý kanál) s krokem maximálně 5 dB.
- ✓ Přístroj musí obsahovat funkci maskování bílým šumem v druhém kanále.
- ✓ Přístroj musí umožnit klinické neprahové testy minimálně SISI, Stenger, ABLB, Weber.
- ✓ Přístroj musí umožnit vyšetření slovní audiometrie ve volném poli.
- ✓ Přístroj musí obsahovat přednastavené sestavy slov pro vyšetření slovní audiometrie.
- ✓ Přístroj musí obsahovat paměť pro minimálně 50 000 vyšetření.
- ✓ Přístroj musí mít barevný displej s velikostí minimálně 5".
- ✓ Přístroj musí mít napájení 230 V/50 Hz.
- ✓ Přístroj musí umožnit připojení k PC a budoucí možnost připojení k externí tiskárně a přehrávači pro slovní audiometrii.
- ✓ Přístroj musí komunikovat v českém jazyce.
- ✓ Přístroj musí být kompatibilní s databází NOAH System 4.

3.2. Součást dodávky

- ✓ Audio-řetězce musí být nainstalovány do dvou samostatných audiologických kabin tak, aby umožnily vyšetření mobilních i imobilních pacientů.
- ✓ Audio-řetězce musí být připojeny k samostatným nemocničním PC (které nejsou součástí dodávky) pomocí USB kabelů (jsou součástí dodávky) s délkou minimálně 10 m, které jsou galvanicky (opticky) izolovány a jsou certifikovány výrobcem pro nabízený audio-řetězec.
- ✓ Součástí dodávky musí být kvalitní HiFi audio kabeláž optimálních délek pro konkrétní audiologické kabiny.
- ✓ Součástí uvedení do provozu musí být napojení audiometrů na databázi NOAH System 4, napojení databáze na ověřování uživatelů přes Active Directory FNOL, instalace databáze minimálně na 8 definovaných nemocničních PC
- ✓ Součástí každého přístroje musí být pro daný audio-řetězec výrobcem certifikovaná náhlavní sluchátka (frekvenční rozsah minimálně do 20kHz, vstupní konektor 90°, délka kabelu minimálně 2m), kostní vibrátor (frekvenční rozsah minimálně do 10kHz, vstupní konektor 90°, délka kabelu minimálně 2m) a patientské tlačítko (délka kabelu minimálně 2m).



- ✓ Součástí každého přístroje musí být na zeď (nebo polici) instalována sada certifikovaných zdravotnických reproduktorů a zesilovače (variantně možno aktivní reproduktory nebo pasivní reproduktory se zesilovačem) se zajištěním minimalizace přenosu hluku přes zeď, minimální parametry audio pro volné pole: frekvenční rozsah 100Hz – 8kHz, výkon minimálně 20W RMS, akustický tlak minimálně 100dB ve vzdálenosti 1m, napájecí adaptér s medicínským atestem.

3.3. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- ✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
- ✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. a metrologické ověření dle zákona 505/1990 Sb. po dobu záruky zdarma.
- ✓ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje, kterou zadavatel stanovil v délce 8 let.
- ✓ Servisní zásahy musí být prováděny v sídle objednatele nebo musí být po celou dobu zásahu zapůjčen náhradní přístroj.

3.4. Obecné požadavky

- ✓ Délka záruky minimálně 24 měsíců

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Předpokládaná doba plnění: září 2019

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 24. 7. 2019 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.



8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (přílohy č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů
- ✓ písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek