

Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2019-000807 veřejná zakázka malého rozsahu: Břišní rozvěrač

|  |        |          |
|--|--------|----------|
| Typ zařízení:  |        |          |
| Výrobce:   |        |          |
| Technická specifikace  | ano/ne | poznámky |
| Charakteristika zařízení:  |        |          |
| Dodávka, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu sestavy multifunkčního břišního rozvěrače pro rozšířené onkochirurgické operace, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání nástroje na I. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. |        |          |
| Technická specifikace břišního rozvěrače   |        |          |
| • 1 kus sestavy břišního rozvěrače pro rozšířené onkochirurgické operace pro I. Chirurgickou kliniku   |        |          |
| • břišní rozvěrač musí být multifunkční, určený pro rozsáhlé břišní operace  |        |          |
| • břišní rozvěrač musí být vyroben z nerezové chirurgické oceli  |        |          |
| • břišní rozvěrač musí být vhodný pro všechny operační stoly na COS FNOL (Maquet, Trumpf)  |        |          |
| • břišní rozvěrač musí umožnit rychlou a stabilní fixaci rozvěrače k liště operačního stolu a to minimálně jedním fixačním bodem na jedné straně, přičemž nosná tyč musí být na stůl umístěna přes sterilní rouškování   |        |          |
| • břišní rozvěrač musí umožnit fixaci ramen na jedné straně stolu, možnost fixace lopatek pomocí rychloupínacích svorek (např. typu vačka)   |        |          |
| • břišní rozvěrač musí umožnit nastavení lopatek v horizontálním i vertikálním směru a to i v průběhu výkonu   |        |          |
| • sestava musí obsahovat různé typy lopatek  |        |          |
| • hlavní sloupek břišního rozvěrače musí mít svěrné čelisti k uchycení na operační stoly ovladatelné shora   |        |          |
| • břišní rozvěrač včetně všech komponent musí být vhodný pro použití ve sterilním prostředí  |        |          |
| • jednoduché, intuitivní a rychlé uchycení všech částí, snadná údržba a sterilizace  |        |          |
| • sestava musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek   |        |          |
| • minimální délka záruky na sestavu musí být 60 měsíců   |        |          |
| Charakteristika komponentů a příslušenství břišního rozvěrače:   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus hlavního sloupku s upínací svorkou fixovaného k operačnímu stolu na jedné straně  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus asymetrického spojovacího ramene včetně dvou kusů upínače   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 pár bočního ramene k uchycení komponent   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 6 kusů rychloupínacích svorek 14/8 mm   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy háků na rány typu FRITSCH 80x60 mm   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 4 kusy háků na rány typu FRITSCH 80x80 mm   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy háků na rány typu FRITSCH 90x105 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu LANGENBECK 50x220 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu LANGENBECK 50x170 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEEVER 50x190 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEEVER 50x170 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEEVER s okny 75x175 mm   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu HARRINGTON 70x150 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu FINGER 90x150 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu „Body Wall“ zahnutý 80x160 mm   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány Pelvis 40/60x180 mm  |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 4 kusy držáků háků 180 mm   |        |          |
| • součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy držáků háků 240 mm s kloubem   |        |          |
| • součástí dodávky břišního rozvěrače musí být uzamykatelný sterilizační kontejner   |        |          |
| Obecné požadavky   |        |          |
| • zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.   |        |          |
| • Životnost přístroje minimálně 8 let  |        |          |
| • Délka záruky minimálně 24 měsíců   |        |          |