

Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2019-000804 veřejná zakázka malého rozsahu: „Update softwaru karyotypovacích stanic“

Typ zařízení:		
Výrobce:		
Technická specifikace	ano/ne	poznámky
Charakteristika zařízení:		
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 5 ks nejaktuálnějších verzí licencovaných balíčků softwarů pro karyotypovací stanice Lucia Cytogenetics.		
3.1. Specifikace softwaru karyotypovacích stanic		
✓ Software musí být zdravotnický prostředek IVD		
✓ Update modulů softwaru LUCIA Karyo, FISH a Module BACKUP		
✓ Software musí běžet na platformě Windows 10Pro		
✓ Software musí běžet minimálně na HW - PC procesor i7, 16GB RAM, 256 SSD, FireWire (IEEE1394) - PCI karta s 3 I/O 6pin portem pro připojení kamery Jenoptik ProGres MF		
✓ Software musí být kompatibilní se stávajícími kamerami Jenoptik ProGres MF a musí je podporovat		
✓ Nejaktuálnější verze softwaru pro karyotypovací stanice Lucia Cytogenetics		
✓ Připojení všech 5 softwarů do stávající LUCIA databáze		
3.2. Součást dodávky		
✓ V rámci dodávky musí být 5 ks nejaktuálnějších verzí licencovaných balíčků softwarů pro karyotypovací stanice		
✓ Součástí dodávky není HW PC, ale pouze SW (včetně licencí) kompatibilní s výše specifikovaným HW		
3.3. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.		
✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma		
✓ Zajištění servisní podpory po dobu předpokládané provozuschopnosti. Předpokládaná délka životaschopnosti je 8let.		
3.4. Obecné požadavky		
✓ Délka záruky minimálně 24 měsíců		