

Technické požadavky k VZMR VZ-2019-000835 „Testery pevnosti a rozpadavosti tablet“

Charakteristika	ANO / NE	poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a poskytování záručního a pozáručního servisu 1 ks testeru pevnosti tablet a 1 ks testeru rozpadavosti tablet pro Lékárnu Fakultní nemocnice Olomouc.		
3.1 Tester pevnosti tablet		
✓ Přístroj musí vyhovovat platnému Českému lékopisu čl. 2.9.8		
✓ Minimální rozsah měření přístroje musí být alespoň 300N s odchylkou $\pm 1N$.		
✓ Max. průměr měřeného vzorku/tablety musí být minimálně 25 mm.		
✓ Přístroj musí být napojen na tiskárnu pro tisk reportů, která není součástí dodávky.		
✓ Přístroj musí mít USB pro zálohování reportů.		
✓ Napájení přístroje 230V/50 Hz.		
3.2. Tester rozpadavosti tablet		
✓ Přístroj musí vyhovovat platnému Českému lékopisu čl. 2.9.1		
✓ Přístroj musí detekovat rozpad tablet automaticky s individuální detekcí na tabletu/tobolku.		
✓ Teplota se musí měřit přímo v testovacím médiu.		
✓ Přístroj musí mít 6 polohový automatizovaný košík dle lékopisu, s možností budoucího doplnění o 3 polohový.		
✓ Přístroj musí mít 6 skleněných trubiček určených do košíku a 6 disků k automatizované detekci.		
✓ Ovládání přístroje musí být v českém jazyce.		
✓ Přístroj musí umožňovat používání více uživateli, tzn. aktivace uživatele osobním heslem.		
✓ Přístroj musí být napojen na tiskárnu pro tisk reportů, která není součástí dodávky.		
✓ Na reportu musí být zaznamenána statistika rozpadu tablet, včetně teploty média.		
✓ Napájení přístroje 230V/50 Hz.		
3.3. Součást dodávky		
✓ Součástí dodávky je provedení IQ/OQ zkoušek.		
✓ Délka záruky minimálně 24 měsíců.		
✓ Životnost přístroje minimálně 8 let		
3.4. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.		
✓ Zaškolení pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma.		
✓ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje.		
✓ <i>Nástup na opravu k odstranění nahlášené závady/poruchy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin, v případě opravy delší než 7 dní musí být zapůjčen náhradní přístroj.</i>		