



Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Sídlo: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
právní forma: státní příspěvková organizace, kód 331
IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892
Statutární orgán: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky Ikterometr
Režim a druh veřejné zakázky nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

III. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks přístroje - ikterometr pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

IV. Cena sjednaná ve smlouvě

Kupní smlouva:

Celková kupní cena: 438 600,00 Kč bez DPH 530 706,00 Kč včetně DPH

Smlouva o provádění komplexních servisních služeb

Hodinová sazba servisního technika: 1 000,00 Kč bez DPH, 1 210,00 Kč vč. DPH
Cestovní náklady – paušální sazba zahrnující
kilometrovné, servisní vzdálenost a cenu servisního
technika za čas strávený na cestě: 3 400,00 Kč bez DPH, 4 114,00 Kč vč. DPH
Cena za jednotlivou pravidelnou BTK: 6 900,00 Kč bez DPH, 8 349,00 Kč vč. DPH
Cena za jednotlivou instruktáž personálu: 1 000,00 Kč bez DPH, 1 210,00 Kč vč. DPH

V. Označení účastníků zadávacího řízení

Název: Ing. Aleš Závorka
Sídlo: Nám. Interbrigády 8/640, 160 00 Praha 6
Právní forma: fyzická osoba
IČ: 411 47 341
DIČ: CZ6007131405

Název: Dräger Medical s.r.o.
Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 267 00 760
DIČ: CZ267 00 760



VI. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení

Název: Ing. Aleš Závorka
Sídlo: Nám. Interbrigády 8/640, 160 00 Praha 6
Právní forma: fyzická osoba
IČ: 411 47 341
DIČ: CZ6007131405

Zadavatel účastníka Ing. Aleš Závorka vyloučil z další účasti v zadávacím řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, a to pro nesplnění zadávacích podmínek.

Důvodem pro vyloučení bylo, že nabídka účastníka nesplnila níže uvedený požadavek stanovený v zadávací dokumentaci:

• **neinvasivní (transkutánní) způsob měření úrovně bilirubinu s dobrou korelací ke krevní hodnotě**

Rozdíly mezi naměřenými hodnotami nabízeného přístroje BiliCare a naměřenými hodnotami přístroje Jaundice Meter JM-105 jsou ve více jak polovině případů markantní, což dokládá i publikovaná studie „*Comparison of the transcutaneous bilirubinometers BiliCare and Minolta JM-103 in late preterm and term neonates*“. Důsledkem používání přístroje BiliCare by byla nutnost provádět žilní odběr u novorozenců dvakrát vyšší než s použitím přístroje Jaundice Meter JM-105.

VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Název: Dräger Medical s.r.o.
Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 267 00 760
DIČ: CZ267 00 760

Společnost Dräger Medical s.r.o. splnila základní a profesní způsobilost, podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Proto byla společnost Dräger Medical s.r.o. vybrána v souladu s § 122 odst. 2 zákona k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem byla oběma smluvními stranami dne **18.6.2019** uzavřena Kupní smlouva a dne **21.8.2019** Smlouva o provádění komplexních servisních služeb.

VIII. Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním / jednacího řízení bez uveřejnění / řízení se soutěžním dialogem ///

X. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu ///

XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému ///

XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků ///

XIII. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

XIV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části. S ohledem na předmět plnění, stanovené technické podmínky veřejné zakázky nebylo účelné ani hospodárné veřejnou zakázku rozdělit na části.

**XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Zákona**

Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3 Zákona 134/2016 Sb.

V Olomouci dne 22.8.2019

.....
za zadavatele

Ing. Pavel Dočkal, na základě plné moci

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 138

Oddělení veřejných zakázek

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.**, ředitel, z pozice statutárního orgánu za zmocnitele **Fakultní nemocnice Olomouc**, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, IČ 00098892, tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku **zmocňuji** s účinností od 1. 11. 2017 zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc:

Ing. Pavla Dočkala, [redacted]
[redacted]

k jednání a zastupování Fakultní nemocnice Olomouc při podepisování jmenování komisi ve veřejných zakázkách a dále k podpisu písemných zpráv zadavatele.

Oprávnění zmocněnce vyplývající z tohoto pověření trvá do okamžiku jeho ukončení způsobem dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ukončením pracovního poměru mezi zmocnitelem a zmocněncem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

V Olomouci dne 30.10. 2017



doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Zmocnění přijímám:



Ing. Pavel Dočkal