

V Olomouci 23.8.2019

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem  
„Prokládací mycí a dezinfekční automaty na nástroje“

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.8.2019**

##### **Dotaz:**

Na dnešní prohlídce místa plnění vyplynul požadavek zadavatele (vzhledem k množství podzimních operací) na odbornou deinstalaci a instalaci nových přístrojů v termínu do 48 hod (prioritně So-Ne).

Dotaz: Termín (48 hod.) dokončení deinstalace a instalace nových přístrojů je vč. eventuálních stavebních úprav a úprav rozvodů médií ? A jak je to s financováním těchto eventuálních úprav? Jdou k tíži dodavatele, nebo to zajistí zadavatel ?

##### **Odpověď:**

Realizace proběhne během plného provozu CS, proto je požadována deinstalace, instalace a uvedení do provozu během 48hodin (sobota-neděle) včetně nutných úprav stavebních a rozvodů médií. Veškeré související náklady jsou hrazeny dodavatelem v rámci dodávky.

##### **Dotaz:**

Na dnešní prohlídce místa plnění zazněl i požadavek na kompatibilitu dokumentačního SW.

Dotaz: Musí být nabízený dokumentační a archivační SW kompatibilní i s mycí a sterilizační technikou provozovanou na CS I. + ortopedické a dětské klinice FN Olomouc ?

##### **Odpověď:**

Zadavatel požaduje, aby dokumentační a archivační SW byl kompatibilní s mycí a sterilizační technikou v rámci celého Oddělení centrální sterilizace včetně všech jejích detašovaných pracovišť, kde data z přístrojů výrobců (BMT Medical Technology, Johnson & Johnson, Miele) jsou připojena na SW - Dokumentace procesů DP 3.5 CZ, výrobce – BMT Medical Technology.