



V Praze dne 30.08.2019

Č. j. VFN/020978/2019

Počet listů: 1

Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: VFN Praha – CT Neurologická klinika

Evidenční číslo zakázky Z2019-026293 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2019/S 147-361350 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „VZ“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené VZ.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti.

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v příloze č. 6 – technické parametry, uvádí:

- *perioda rotace systému rentgenka detektory 0,28 s a méně*

Rozumíme správně, že zadavatel požadavkem na periodu rotace systému rentgenka detektory 0,28 s a méně požaduje periodu (dobu trvání jedné rotace) systému rentgenka-detektor pro jednu plnou otáčku, tedy 360° (stupňů) za dobu max. 28 s?

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Ano, zadavatel požadavkem na periodu rotace systému rentgenka detektory 0,28 s a méně požaduje periodu (dobu trvání jedné rotace) systému rentgenka-detektory pro jednu plnou otáčku tedy 360° (stupňů) max. 0,28 s.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, v.r.
ředitel

