



V Praze dne 04.09.2019

Č. j. VFN/021356/2019

Počet listů: 2

Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: VFN Praha – CT Neurologická klinika

Evidenční číslo zakázky Z2019-026293 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2019/S 147-361350 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „VZ“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené VZ.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti.

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 6 – ZP Technické parametry požaduje v části „Příslušenství“ dodání 3 ks PC (stejně parametry počítače - hardware viz výše), každá s dvěma diagnostickými barevnými monitory min. 24" a jedním standardním (nediagnostickým) monitorem (min. 19"), klávesnicí a ergonomickou myší.

V rámci dodávky CT systému rozumíme požadavku na vytvoření tří pracovních míst pro popisování CT vyšetření. Taková pracovní místa resp. pracovní stanice pro potřeby hodnocení CT bývají standardně vybavována dvěma medicínskými náhledovými monitory formátu 24" (např. EIZO RadiForce), ovšem nejedná se o kategorii monitorů diagnostických, a jedním menším formátu 19" kancelářským pro administraci. Diagnostické monitory od stejného dodavatele (EIZO) jsou dostupné ve formátu 21,3" resp. 30". Nemůžeme předjímat, jaké je finální užití monitorů a proto zadavatele žádáme o upřesnění, zda mají být předmětem dodávky náhledové monitory formátu 24" nebo diagnostické monitory formátu 21,3" resp. 30". Jedná se o kategoriicky rozdílné monitory a odpovídá jim také rozdílná pořizovací cena.

Vyhoví požadavkům zadání, pokud uchazeč dodá 3 ks PC každý s dvěma medicínskými náhledovými barevnými monitory formátu 24" pro hodnocení CT vyšetření a jedním standardním monitorem kancelářským formátu 19" pro administraci?



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

V rámci dodávky CT systému požadujeme vytvoření tří plnohodnotných pracovních míst pro popisování vybavených diagnostickými monitory. Na každém pracovním místě požadujeme 1 ks PC, 2 monitory kategorie monitorů diagnostických barevných, kdy budeme akceptovat formát 21,3" a jeden monitor menší nediagnostický formátu min. 19" (kancelářský pro administraci).

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2:

S ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 zákona zadavatel v souvislosti se změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je **do 27.09.2019 do 11:00 hodin**. Otvírání obálek proběhne dne 27.09.2019 v 11:15 hodin.

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, v.r.
ředitel