

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

ZADAVATEL: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
Zastoupený: Mgr. Martin Voženílek
IČO: 00024007

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: 141/2019/ZMR

„Nákup nemocničních a pečovatelských lůžek“

Zadavatel vylučuje dodavatele ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Identifikační údaje vyloučeného dodavatele:	
Obchodní firma:	Rehalectus s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Wellnerova 301/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	06376321

Důvod vyloučení dodavatele:

Dodavatel nepředložil nabídku v souladu se zadávacími podmínkami a nesplnil technickou specifikaci.

Konkrétně:

- V nabídce není uvedeno, že nabízené postele jako celek splňují požadavky normy ČSN N 60601-2-52:2010
- Nabízené lůžko nemá celoplastový kryt po celém podvozku lůžka.
- Není splněn požadovaný parametr min. výšky zdvihu lůžka pomocí elektromotoru - uváděn rozsah zdvihu 43 x 76,5 cm tzn. 33,5 cm - byl požadován min. 38,5 cm.
- Není splněn požadovaný parametr výšky ložné plochy od podlahy max. 40 cm - uváděna výška 43 cm.
- Není jasné uvedeno, že polohování zádového a stehenního dílu je prováděno elektricky.
- Není splněn požadovaný parametr polohování stehenního dílu min. 38 st. - uváděn údaj 30 st.
- V nabídce není uveden parametr polohování lýtkového dílu - bylo požadováno min. 21 st.
- Nabízené postele nemají přídavné postranice.
- V nabídce je uvedena dodávka patientského ovladače polohování - byl požadován podsvícený, s ochranou proti nechtěnému polohování, s tzv. GO tlačítkem, s barevně odlišenými funkcemi pro polohování, uzamykatelný (nikde v nabídce není ovladač zobrazen, pouze částečně textově popsán)
- Není držák na infuzní stojan
- V zadání byl požadavek na potah matrace SAFR - nabízen potah PU - TEX bez porovnání parametrů a vlastností s požadovaným potahem.
- Z nabídky není zřejmé, zda nabízená matrace má prořezy pro lepší cirkulaci vzduchu a odvodu páry.
- Z nabídky není zřejmé, zda nabízená postel splňuje požadavek na možnost polohy "kardiackého křesla".

Janské Lázně dne 10.09.2019



Mgr. Martin Voženílek
ředitel