



V Praze dne 20.09.2019  
Č. j. VFN/023072/2019  
Počet listů: 2  
Přílohy: 0

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** VFN Praha – CT Neurologická klinika

Evidenční číslo zakázky Z2019-026293 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2019/S 147-361350 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „VZ“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené VZ.

**Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti.**

### **Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel v zadání pro samostatnou diagnostickou stanici požaduje: Hardware: Procesor řady Intel i5 a vyšší, min. 8GB RAM, kapacita disku min. 1TB, diagnostický monitor min. 24". Podobný požadavek na diagnostický monitor min. 24" byl již řešen pro 3 ks PC ve vysvětlení dokumentace č. 3. Podle uvedené odpovědi zadavatele budou místo 24" barevných diagnostických monitorů akceptovány barevné diagnostické monitory 21,3".

Dotaz:

Je analogicky možné i pro diagnostickou stanici nabídnout barevný diagnostický monitor 21,3"?

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:**

Ano, zadavatel analogicky akceptuje i pro samostatnou diagnostickou stanici diagnosticky barevný monitor 21,3"



**Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2:**

S ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 zákona zadavatel v souvislosti se změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je **do 04.10.2019 do 11:00 hodin**. Otvírání obálek proběhne dne 04.10.2019 v 11:15 hodin.

---

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, v.r.  
ředitel