

## DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel: **Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**  
Sídlo: **Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2 – Nové Město**  
IČO: **00216208**

Veřejná zakázka: **Paraziti, Centrum nádorové ekologie – Drobné laboratorní vybavení typu třepačky, centrifugy a pipety**

Interní číslo VZ: **VZ/19/211**

Přístroj č. 6 - Pipetovací nástavec elektrický

Vypouštíme parametr č. 2 "bezpečnostní ventil zabraňující proniknutí kapaliny do nástavce"

Původní parametr č. 7 nově zní: autoklávovatelný silikonový adaptér + náhradní adaptér (celkem 2 ks)

Původní parametr č. 11 nově zní: baterie lithium-polymerová o kapacitě alespoň 700 mAh

Zadavatel poskytuje aktualizovanou přílohu č. 3 ZD, kterou jsou dodavatelé povinni použít do svých nabídek.

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 10. 2019 do 11:00 hod.**

V Praze dne 24.9.2019

**CGB - Consult, s.r.o.**  
Pod Děkanou 435/27  
147 00 Praha 4 - Podolí  
IČO: 25100921, DIČ: CZ25100921

.....  
Ing. Jan Chalupa, CSc.  
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.  
z pověření zadavatele

Příloha: Aktualizace přílohy č. 3 ZD