

V Olomouci 4.10.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„Ohřívací jednotka II.“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 3.10.2019

zadavatel uvádí v příloze č. 5, Splnění technických podmínek, požadavek na "možnost předvolby teplot: minimálně 3 hodnoty rozložené v rozsahu 32°-43°C (např. 32°C, 38°C, 43°C) s tolerancí maximálně +/-1,5°C".

Námi nabízený přístroj umožňuje předvolbu teplot ze 4 hodnot - okolní teplota, 37°C, 40°C a 43°C (tak, jak jsme uváděli v rámci předběžné tržní konzultace).

Dotaz: akceptuje zadavatel nabídku na přístroj, který umožňuje předvolbu teplot ze 4 hodnot - okolní teplota, 37°C, 40°C a 43°C?

Odpověď:

Zadavatel připouští nabídku přístroje, který umožňuje předvolbu teplot ze 4 hodnot - okolní teplota, 37°C, 40°C a 43°C. Vzhledem k tomu, že uvedené okolní teploty jsou v požadovaném rozsahu 32°-43°C, nejedná se o změnu v podmínkách zadávací dokumentace.