

V Olomouci 29.10.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem
„Porodní instrumentária“

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci, přílohu č. 3 - Splnění technických podmínek - část I. a přílohu č. 4 - Splnění technických podmínek - část II.

Zadavatel upřesňuje počet požadovaných nástrojů a dále upravuje požadavek na označení výrobku 2D kódem.

Původní znění požadavku na označení 2D kódem:

o Obsah kódu: UDI (Unique Device Identification – unikátní identifikační číslo) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, datum výroby (YYMMDD), sériové číslo, uvedené prefixy dle GS1 DataMatrix Guideline,

Nové znění požadavku na označení 2D kódem:

o Obsah kódu: UDI (Unique Device Identification – unikátní identifikační číslo) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo, uvedené prefixy dle GS1 DataMatrix Guideline,

Zadavatel dále upřesňuje použití odkazů na katalog firmy Aesculap:

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných nástrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto nástrojů. Je možné nabídnout jakékoliv jiné nástroje, které mají shodné vlastnosti a splňují požadovaný specifický účel. Odkaz na katalog firmy Aesculap je vzhledem k jeho snadné dostupnosti používán jako standard, ke kterému jsou firmy schopné napárovat vlastní odpovídající nástroje do nabídky.

Jedná se o následující označení v příloze č. 3 pro část I. této veřejné zakázky - BH448R, BH471R, BH227R, BH207R, BH211R, BH445R, BH444R, BH647R, BH614R, EA095R, BC267R, BC277R, BC265R, BC284R, BC321R, BH110R, BH111R, BM036R, BM033R, BM067R, FB417R, FB405R, FB407R, FB404R, FB415R, FB402R, FB400R, BD557R, BB075R, BB084R, GF946R, BH231R, EA097R, BM037R, BC281R, BJ032R, BJ062R, BJ024R, BJ021R, BJ080R, FB460R, FB498R, FB485R, EA023R, EA041R, FB494R, FB515R, EF001R, EF002R, BT624R, BT623R, BT445R, BT460R, DO438R, BT405R, BT406R, BT260R, FB433R, JG523R, JG524R, JF222R, JK446, JP001.

Jedná se o následující označení v příloze č. 4 pro část II. této veřejné zakázky BL931R, BB084R, BD651R, BD051R, BD027R, BD537R, BM067R, BC413R, BC275R, BH207R, BH334R, BC731R, BH335R, BH110R, BH105R, BT655R, BT659R, BH642R, BH646R, ER626R, ER611R, BH450R, BF058R, BD587R, BN730R, JF222R, JK442, JP101.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2.12.2019 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 3 - Splnění technických podmínek - část I. (ver29102019)

Příloha č. 4 - Splnění technických podmínek - část II. (ver29102019)