

Minimální technické podmínky
" Drát vodící k měření intrakoronárního tlaku Pressure Wire X "

Technické požadavky			ANO / NE	Poznámky
1.				
Drát vodící k měření intrakoronárního tlaku Pressure Wire X				
1.1. Charakteristika				
Technická specifikace Drátu vodícího k měření intrakoronárního tlaku Pressure Wire X	Technické podmínky			
	· vodič (diagnostický) intrakoronární s pevným jádrem			
	· délka vodiče 160cm až 260 cm			
	· diametr (průměr vodiče) 0,014"			
	· povrchová úprava – povrchový potah PTFE; hydrofilní potah			
	· zakončení vodiče - rovný tip, J-tip			
	· zakončení vodiče - radioopákní			
	· senzorový element (snímač intrakoronárního tlaku)			
	· určen k měření intrakoronárních fyziologických parametrů (FFR - frakční průtoková rezerva, RFR - resting full-cycle ratio)			
	· bezdrátové připojení k pracovní konzole			
1.2. Další podmínky				
expirace minimálně 12 měsíců				
vzorky: zadavatel si vyhrazuje právo na ověření splnění výše uvedených podmínek případným vyžádáním vzorků				