

Splnění minimálních technických podmínek		
VZ-2019-001162 - VZMR - "Videolaryngoskop"		
Typ zařízení:		
Výrobce:		
Technická specifikace		
Charakteristika zařízení:		
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2ks videolaryngoskopu: 1ks pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) a 1ks pro Oddělení urgentního příjmu (OUP) včetně provedení zaškolení personálu		
Specifikace		
2ks přenosného videolaryngoskopického přístroje		
Zobrazovací a řídicí jednotka je součástí jednoho přístroje		
Nízký profil lžice pro umožnění obtížné intubace		
Tělo lžice musí být z takového materiálu, aby byla zajištěna biokompatibilita		
Lžice musí mít zvýšenou odolnost proti opotřebení včetně opakované sterilizace agresivními desinfekčními prostředky		
Zobrazovací jednotka musí mít barevný displej s velikostí minimálně 16cm		
Přístroj musí umožňovat provoz na baterii po dobu min 1 hodinu		
Lžice videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti		
Ve lžici videolaryngoskopu musí být zabudované snímací zařízení (kamera) společně se zdrojem LED světla		
Přístroj musí mít možnost ukládání videa a fotografií na interní paměť nebo na externí uložení		
Přístroj musí mít možnost intubace v neutrální pozici (výhodné při poranění / imobilizaci páteře), možnost intubace vsedě		
Přístroj musí mít využití i pro intubaci pacientů od 1,5 kg (vyžaduje speciální konfiguraci s neonatálními lžicemi)		
HDMI výstup, spojovací videokabeláž		
Externí napájecí adaptér		
USB flash disk		
Přenosné ochranné pouzdro pro přístroj a příslušenství		
Délka záruky minimálně 24 měsíců		
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství		
Součástí dodávky musí být 2x dospělá lžice (1x pro každá přístroj)		
Součástí dodávky musí být 2x dětská lžice (1x pro každá přístroj)		
Součástí dodávky musí být 4x rigidní zavaděč (2x pro každý přístroj)		
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma		
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)		
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje		