

Tabulka splnění technických podmínek Prokládací mycí a dezinfekční automaty na nástroje

Minimální technické podmínky	ano/ne	poznámky
Předmět veřejné zakázky		
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks prokládacích mycích a dezinfekčních automatů na nástroje pro kliniku Centrální sterilizace FNOL včetně provedení zaškolení personálu, a dále zapravení strojů do zdi (kapotáž) a odborná demontáž původních strojů.	ano	
Specifikace prokládacích mycích a dezinfekčních automatů na nástroje (dále přístroje)		
Dodávka obsahuje 2ks přístroje a musí být vhodné pro provoz na Centrální sterilizaci	ano	
Přístroj musí být prokládací (dvoudveřový)	ano	
Přístroj musí mít na obou stranách dopředu výklopné dveře	ano	
Přístroj musí být certifikován dle normy ČSN EN ISO 15883-1	ano	
Přístroj musí být vybaven elektro ohřevem s maximálním celkovým příkonem 10kW	ano	10 kW
Přístroj musí mít mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické	ano	
Přístroj musí umožnit budoucí instalaci speciálního programu pro mytí silně znečištěného instrumentaria s použitím peroxidu vodíku	ano	
Přístroj má funkce termické a chemotermické dezinfekce v parametrech uvedených ve vyhlášce 306/2012 Sb. v aktuálním znění 244/2017 Sb.	ano	
Přístroj musí mít systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	ano	
Přístroj musí mít minimálně trojnásobnou filtraci mycího roztoku	ano	
Přístroj musí mít mycí prostor vybavený nerezovými mycími rameny	ano	
Přístroj musí mít minimálně dvouplášťovou konstrukci z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací	ano	
Přístroj musí elektricky blokovat dveře během mycího cyklu	ano	
Přístroj musí mít komoru o minimální kapacitě minimálně 10 mycích DIN sít standardní velikosti	ano	10 DIN sít standard. velikosti
Přístroj musí mít čidlo pro automatickou identifikaci programu magnetickým kódem u mycích košů	ano	
Přístroj musí mít mikroprocesorové řízení s volně programovatelnou řídicí jednotkou s kapacitou minimálně 64 programů	ano	64
Přístroj musí komunikovat v českém jazyce přes textový displej	ano	
Přístroj musí mít komunikační rozhraní (a v dodávce být připojen) pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC	ano	
Součást dodávky		
Součástí každého přístroje musí být vestavěné dávkovací čerpadlo	ano	2 ks
Součástí každého přístroje musí být dvě výkonná oběhová čerpadla (s ostřikem minimálně 300 l/min pro vnější mytí a pro injektorové mytí 400 l/min)	ano	300/400 l/min.
Součástí každého přístroje musí být boiler pro přehřátí DEMI vody	ano	
Součástí každého přístroje musí být vestavěné výkonné horkovzdušné sušící agregáty s minimálním výkonem 250/450 m3/hod s HEPA filtry minimálně H13 se stupněm filtrace minimálně 99,992%	ano	
Součástí každého přístroje musí být software s licencí pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring, kde SW musí být plně kompatibilní se stávající mycí technikou provozovanou na CS FN Olomouc	ano	DP3,5CZ
V rámci dodávky musí být následující příslušenství anebo může dodavatel využít stávající vybavení pracoviště 1NP CS FN Olomouc v případě, že dodávané přístroje jsou plně kompatibilní s tímto příslušenstvím:	ano	

Tabulka splnění technických podmínek Prokládací mycí a dezinfekční automaty na nástroje

Minimální technické podmínky	ano/ne	poznámky
2 ks kondenzátory par s vnějším opláštěním	ne	budou využity ze stávajících G 7826
4ks zavážecích (transportních) vozíků	ano	avšak 2 ks budou využity ze stávajících G 7826
2ks bezpečnostních základových van	ne	budou využity ze stávajících G 7826
2ks mycích vozíků s 5 patry na OP instrumentarium	ne	budou využity ze stávajících G 7826
25 mycích DIN sít standardní velikosti	ne	budou využity ze stávajících G 7826
injektorový mycí vozík k uložení MIC instrumentaria pro min. 42 ks dutých nástrojů, vč. nástavce na rozkládací MIC nástroje a odsávacích hadic	ne	budou využity ze stávajících G 7826
V rámci dodávky musí být odborná demontáž původních strojů	ano	
V rámci dodávky musí být nerezová kapotáž na obou stranách přístroje	ano	
V rámci dodávky musí být provedena povinná předávací zkouška	ano	
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.	ano	
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma	ano	
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje	ano	
Obecné požadavky		
Délka záruky minimálně 24 měsíců	ano	