

V Olomouci 29.11.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„Porodní instrumentária“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28.11.2019

Zastupujeme velice renomovaného výrobce nástrojů z Německa a rádi bychom se účastnili Vašeho tendru. Splňujeme všechny zadané technické požadavky. Nicméně v sekci "Další požadavky" vyhovujeme z 97%, když toleranční podmínka je +/- 10%. Konkrétně se to týká ligaturových nůžek kde je stanoveno, že musí být barevně odlišné. Naše ligaturní nůžky nejsou takto barevně odlišeny, proto se dotazujeme zda když nesplňujeme tento jeden "další požadavek" se tendru můžeme účastnit. Ostatní požadavky splňujeme bez výjimky.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla podána dle §98 odst. 3 ZZVZ podána včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle §98 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tedy nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přes výše uvedené zadavatel trvá na požadavku na barevné odlišení ligaturových nůžek. Stříhací branže těchto nůžek jsou speciálně uzpůsobené stříhání šicích materiálů (tzv. wavecut, karbidové plátky) a nedochází tím pádem ke zbytečnému tupení ostří klasických tvrdokovových nůžek, které jsou určeny ke stříhání tkání. Na první pohled musí být pro instrumentářku jasné, že podává nůžky na šití a proto je nezbytné barevné odlišení.

Zadavatel dále uvádí, že toleranční podmínku +/- 10% na technické podmínky nelze chápat tak, že nesplnění celé jedné technické podmínky (např. barevné odlišení ligaturních nůžek) je pouze nesplnění 1 z x podmínek (např. 100 podmínek), tudíž je v toleranci +/-10%. Tato tolerance se vztahuje na číselně vyjádřitelné parametry. Současně je v zadávací dokumentaci stanovena podmínka, že se tato tolerance nevztahuje na délku nástrojů a šířku pracovních branží, na které je tolerance stanovena přímo v přílohách č.3 a č.4 – Splnění technických podmínek.