

Splnění technických podmínek
Fototerapeutická jednotka pro Novorozenecké oddělení - 2 ks

Technické specifikace	ano/ne	poznámka
výkonná fototerapeutická LED jednotka na mobilním stojanu		
hodnota spektrální ozářenosti pro oblast vlnových délek 425 – 475 nm minimálně 2,9 mW/cm ² – měřeno ve vzdálenosti 50 cm od zdroje záření		
hodnota spektrální ozářenosti pro oblast vlnových délek 400 – 550 nm minimálně 3 mW/cm ² – měřeno ve vzdálenosti 50 cm od zdroje záření		
učastník je povinen doložit pravost technických parametrů nabízeného přístroje protokolem o měření či jiným obdobným dokumentem vyhotoveným nezávislým státním orgánem z oblasti metrologie, např. ČMI.		
životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů		
minimální rozměry ozařované plochy 50x25 cm		
monitorace teploty pacienta, včetně alarmu nad 38 °C		
integrováný časovač		
Délka záruky min. 24 měsíců		