

**STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**  
DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Historie revizí

IDrev	ZmlD	Název změny	Datum

Projektant



FAKULTNÍ NEMOCNICE®  
OLOMOUC

profesionalita a lidský přístup

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC**  
I.P. PAVLOVA 185/6, OLOMOUC  
779 00

**STAVEBNÍ ÚPRAVY  
KLINIKY PLICNÍCH  
NEMOCÍ A  
TUBERKULÓZY - H2  
3.NP A 4.NP**

H2 - KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÓZY

Jméno výkresu

**VÝPIS PŘÍSTROJŮ**

Vypracoval

**ODBOR INVESTIC FNOL**

Datum

**02/2020**

Zodpovědný projektant

**ODBOR INVESTIC FNOL**

Datum









**02/2020**






Měřítko výkresu

Revize

Číslo výkresu

**D.1.19**

SPECIFIKACE NÁBYTKU - VÝPIS PŘÍSTROJŮ								
OZN.	POČET KS	SCHÉMA	POPIS	ZAŘÍZENÍ, KOVÁNÍ	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PODLAŽÍ
Z.01	1		VOLNĚ STOJÍCÍ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAŽÍKEM , OBJEM 300 l, 4 SKLENĚNÉ POLIČKY, 3 ŠUPLÍKY MRAŽÁKU, LED OSVĚTLENÍ. ENERGETICKÁ TŘÍDA A++		600	600	1500	3.NP
Z.02	2		SUŠÍCÍ SKŘÍŇ - SAMOSTATNÁ DODÁVKA, SOUČÁSTÍ JE I VYBUDOVÁNÍ ODTAHU PLYNŮ NAD PŘÍSTROJEM		1000	800	1900	3.NP
Z.03	1		MYČKY DO ČISTÍCÍ MÍSTNOSTI - ŠPINAVÁ ČÁST - STĚHOVÁNÍ 1 KS STÁVAJÍCÍ MYČKY A 1KS NOVÉ PROKLÁDACÍ MYČKY		800	800	900	3.NP
Z.04	2		VYŠETŘOVACÍ LŮŽKO S KOVOVÝM RÁMEM, S NASTAVITELNOU OPĚRKOU HLAVY, ČALOUNĚNÉ - KOŽENKA, KOVOVÝ RÁM POVRCHOVĚ UPRAVEN PRÁŠKOVÝM LAKEM.. VYBAVENÍ STUPÁTKEM A DRŽÁKEM PAPIRU		650	1900	700	3.NP
Z.05	1		SPIROMETR - PŘESUN ZE STÁVAJÍCÍHO PRACOVIŠTĚ		600	2000	1000	3.NP
Z.06	2		SPIROMETR - PŘESUN ZE STÁVAJÍCÍHO PRACOVIŠTĚ		1000	1000	1000	3.NP
Z.07	1		LÉKOVÁ LEDNICE - OBJEM 360 l, V.1850 mm, MATERIÁL OCEL, ZAMYKATELNÁ, ALARM VÝPADKU NAPÁJENÍ		750	750	1850	4.NP
Z.08	1		VYŠETŘOVACÍ LŮŽKO S KOVOVÝM RÁMEM, S NASTAVITELNOU OPĚRKOU HLAVY, ČALOUNĚNÉ - KOŽENKA, KOVOVÝ RÁM POVRCHOVĚ UPRAVEN PRÁŠKOVÝM LAKEM.. VYBAVENÍ STUPÁTKEM A DRŽÁKEM PAPIRU, POJÍZDNÉ SE SAMOSTATNĚ BRZDĚNÝMI KOLEČKY, S VÝSUVNÝMI BOČNICEMI		650	1900	700	4.NP

Z.09	1		LÉKOVÁ LEDNICE - OBJEM 360 l, V.1850 mm, MATERIÁL OCEL, ZAMYKATELNÁ, ALARM VÝPADKU NAPÁJENÍ		750	750	1850	4.NP
Z.10	9		VYŠETŘOVACÍ LŮŽKO S KOVOVÝM RÁMEM, S NASTAVITELNOU OPĚRKOU HLAVY, ČALOUNĚNÉ - KOŽENKA, KOVOVÝ RÁM POVRCHOVĚ UPRAVEN PRÁŠKOVÝM LAKEM.. VYBAVENÍ STUPÁTKEM A DRŽÁKEM PAPIRU,		650	1900	700	4.NP
Z.11	3		ELEKTRICKY OVLÁDANÉ LŮŽKO - SAMOSTATNÁ DODÁVKA		900	2000	1000	3.NP
Z.12	1		TELEVIZE LED 70 28", 70 cm, HD, DVBT-2/C/S/S2, HDMI, USB, VGA, SCART, REPRO 2X 10W, ENERGETICKÁ TŘÍDA A++		926	50	638	3.NP
Z.13	1		1X TŘÍLŮŽKOVÁ RAMPA DL. 5,0 m, TYP DRÄGER LINEA 2A, VYBAVENO NA LŮŽKO: 2X O2, 2X STLAČENÝ VZDUCH SV4, 2X VAKUUM, 4X VDO ZÁSUVKY, 7X DO ZÁSUVKY, 4X PA, 2X RJ5 ZÁSUVKY, 1 INFUZNÍ NOSIČ, 2X TYČ 1000 mm PRO INFUZNÍ NOSIČ A PUMPY		926	50	638	3.NP