

**Tabulka splnění kvalifikačních technických předpokladů**

Minimální technické podmínky	ano/ne	poznámky
<b>Požadované parametry vyšetření:</b> multiplexové simultánní stanovení specifických IgE protilátek proti alergenovým extraktům a molekulárním alergenům s bezplatnou zápůjčkou 1 analyzátoru		
<b>Požadavky na analyzátor:</b>		
Analyzátor roku výroby 2018 nebo pozdějším		
CE značka		
Analýza vzorků v otevřeném režimu		
Identifikace vzorků pomocí čárového kódu (manuální či integrovaná čtečka musí být součástí dodávky)		
Obousměrné napojení na počítačovou síť - požadavek na přenos výsledků do LIS OpenLIMS firmy STAPRO – napojení a zprovoznění na náklady dodavatele		
Systém automatického rozpoznání reagensů dle čárového kódu, sledování množství, šarže a doby expirace		
Nástup technika nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy nejpozději do 24hodin. Nástupem se rozumí fyzická přítomnost u porouchaného analyzátoru.		
Odstranění závady na analyzátoru bez dodání náhradních dílů do 48hodin od telefonického nahlášení poruchy. Odstranění závady analyzátoru s dodávkou náhradních dílů do 4 pracovních/kalendářních dnů od telefonického nahlášení poruchy.		
Servis přístroje, veškeré validace, opravy a náhradní díly zdarma po celou dobu výpůjčky analyzátoru		
Výpůjčka náhradního analyzátoru stejného typu v případě, že oprava poruchy bude trvat déle než 2 pracovní/kalendářní dny		
Kvantitativní kolorimetrická enzymová analýza s délkou trvání do 5 hodin		
Rozsah pro IgE 0,1-50kUA/l		
Rozsah pro celkové IgE 1-2.500kU/l		
Uveďte počet alergenových extraktů - požadujeme min. 150		
Uveďte počet komponent - požadujeme min.112		
Variační koeficient (interassay) - uveďte rozsah		
Testovací provoz 21 dní k ověření nabízených technických parametrů (před dodávkou přístroje a podpisem smlouvy) s dodávkou diagnostik, spotřebního a provozního materiálu, promývacích roztoků, kalibračního a kontrolního materiálu na vyšetření min. 10 vzorků zdarma		
<b>Hodnocené parametry:</b>		
Délka analýzy (max. 5 hodin)		
Blokace CCD		
Individuální skladba panelu alergenů		
Počet komponent (min. 112)		
<b>Systémové požadavky (vše na náklady dodavatele):</b>		
Obousměrné napojení do laboratorního informačního systému (Envis_LIMS)		
Půjčitel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (Stapro) (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům		
<b>Požadavky na dodavatele:</b>		
Dodavatel se zavazuje hradit po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s provozem zapůjčených analyzátorů – servis, opravy, náhradní díly, profylaxe, validace, předepsané výměny dílů dle doporučení výrobce a v termínech doporučených výrobcem		
Dodavatel zdarma zajistí dopravu, instalaci, uvedení do provozu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu		
Dodavatel zdarma zajistí zaškolení personálu		
Doba dodání reagensů a spotřebního materiálu od objednání 10 pracovních dní, v případě akutního požadavku expresní dodání do 3 pracovních dní od objednání		
Frekvence provádění kalibrací dle specifikace výrobce		
Možnost hlášení poruchy analyzátoru denně v době 6.00 - 20.00 hod (vč.dnů pracovního klidu)		
Požadovaná doba použitelnosti dodávaného materiálu musí být v době převzetí min. 3 měsíce		