

V Olomouci 2.3. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem
„Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) – sdružený nákup“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.2. 2020

Dotazy:

Rádi bychom požádali o písemné vysvětlení dotazu k části 2.

Naše chlopeň neobsahuje v setu dilatační balónek pro balónkovou valvuloplastiku a inflační zařízení.

Dle IFU je na rozhodnutí heart teamu/implantéra provedení BAV a každé pracoviště používá materiály od různých společností, které mají vyzkoušené a ověřené a tím pro pacienta bezpečné. Technický požadavek dodání dilatačního balónku pro balónkovou valvuloplastiku a inflačního zařízení v případě naší chlopně, kde dle IFU není nařízené balonek/inflator používat, považujeme jako diskriminační kritérium.

Bude na tomto kritériu zadavatel trvat?

Odpověď:

Zadavatel dále netrvá na tom, aby v části II. Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) - samoexpandibilní II. Byl součástí setu TAVI chlopně:

- Dilatační balónek pro balónkovou valvuloplastiku, odpovídající rozměru nativní aortální chlopně
- Inflační zařízení

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravuje technickou specifikaci – Přílohu č.2b - Tabulka splnění min. technických podmínek pro část II.(ver 020320).xlsx.

Zadavatel současně tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 2.4.2020 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č.2b - Tabulka splnění min. technických podmínek pro část II.(ver 020320).xlsx

Příloha č.2b - Tabulka splnění min. technických podmínek pro část II.(ver 020320).pdf