

Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) - samoexpandibilní II.

| Minimální nepodkročitelné požadavky na technické parametry: | ANO/NE | Poznámka |
|---|--------|----------|
| • Samoexpandibilní stent (nitinol) | | |
| • Možnost opakované repozice chlopně v průběhu implantace uvnitř těla pacienta | | |
| • Rozměrové portfolio umožňující použití systému u pacientů s velikostí anulu nativní aortální chlopně větším než 27 mm v průměru | | |
| Složení setu TAVI chlopně: | | |
| • Zaváděcí systém pro implantaci chlopně | | |
| • Zavaděč kompatibilní se zaváděcím zařízením, event. zavaděč součástí zaváděcího systému (integrováný sheath) | | |
| • Vlastní chlopeň | | |
| • Zařízení pro přípravu chlopně na zaváděcí systém (loading chlopně) | | |
| • Zaváděcí drát určený pro implantaci daným systémem | | |