

V Olomouci 18.3. 2020

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem  
„Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) – sdružený nákup“**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13.3.2020**

**Dotaz k části I.:**

Naše chlopeň je z vepřového perikardu a požadavek, že by chlopeň měla být z hovězího perikardu považujeme za diskriminační, jelikož tato vlastnost nevykazuje klinicky vůbec žádný význam. Trváte tedy na tomto kritériu?

**Odpověď:**

Zadavatel v části I. Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) – samoexpandibilní I. dále netrvá na požadavku na biologickou chlopeň pouze z hovězího perikardu a bude akceptovat nabídky s biologickou chlopní z vepřového perikardu.

**Dotaz k části II.:**

Rozlišujete v tomto případě samoexpandibilní chlopně od mechanickoexpandibilních, či oboje řadíte do stejné skupiny samoexpandibilních chlopní?

**Odpověď:**

Zadavatel potvrzuje, že v části II. Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) - samoexpandibilní II. požaduje pouze samoexpandibilní chlopně, nejedná se o mechanickoexpandibilní chlopně.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.3.2020**

**Dotazy:**

Rádi bychom požádali o písemné vysvětlení k části 2.

V náhru kupní smlouvy a ve smlouvě o vedení a zřízení konsignačního skladu nemocnic FN Olomouc a FN Hradec Králové se požaduje minimální expirační doba výrobku minimálně 12 měsíců.

“FN Olomouc a FN Hradec Králové

Kupní smlouva

IV.Dodací podmínky

4.Doba expirace zboží při jeho převzetí do konsignačního skladu musí být minimálně 12 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III.Podmínky zřízení a vedení konsignačního skladu



4. Konsignat se zavazuje dodávat do konsignačního skladu zboží s expirační dobou, která nebude kratší 12 měsíců od dodání zboží do konsignačního skladu.”

Náš výrobek má maximální expirační dobu 12 měsíců od výroby, proto dodání zboží s expirací min 12 měsíců nelze zaručit.

Bude zadavatel akceptovat výrobek i s menší expirační dobou než 12 měsíců ?

**Odpověď:**

Zadavatel bude akceptovat expirační dobu v délce minimálně 6 měsíců. Zadavatel tímto upravuje závazné návrhy kupní smlouvy pro FN Olomouc a pro FN Hradec Králové a závazné návrhy smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu pro FN Olomouc a pro FN Hradec Králové, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel současně tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 20.4.2020 do 10:00 hodin**.

**Přílohy:**

Příloha č.5a – Návrh kupní smlouvy (FN Olomouc – ver.170320)

Příloha č.5b - Návrh kupní smlouvy (FN Hradec Králové – ver.170320)

Příloha č.6a – Návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu (FN Olomouc – ver.17032020)

Příloha č.6b – Návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu (FN Hradec Králové – ver.17032020)

Příloha č.2a - Tabulka splnění min. technických podmínek pro část I.(ver.18032020)