

DOTAZNÍK K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

Pozn.: účastník poskytne vhodnou odpověď.

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“

Je specifikace plnění veřejné zakázky v zadavatelem navrhované podobě úplná, konkrétní a srozumitelná? V případě, že se některé parametry z Vašeho pohledu jeví jako neúplné, obtížně splnitelné, případně diskriminační si Vás dovoluujeme požádat o Vaše vyjádření.

Technická poznámka k částem 1., 2., 3., 4.:

Zadavatel požaduje materiál dřívku ze slitiny CoCr.

Podle našich zkušeností, mj. z předchozích výběrových řízení, je obvykle považována za adekvátní alternativu slitiny CoCr také slitina FeCrNiMnMoNbN.

Femorální implantáty ze slitiny FeCrNiMnMoNbN jsou celosvětově běžně používané, s vysokým přežitím v dlouhodobých studiích i mezinárodních registrech.

Technická poznámka k částem 4., 5., 6.:

Zadavatel požaduje, aby byl bioaktivní titan, jímž je pokryta necementovaná jamka, doplněn ještě o vrstvu hydroxyapatitu pro ještě větší osteointegraci.

Na základě dlouhodobých mezinárodních studií, mají titanové jamky s nástřikem bioaktivního titanu vysoké hodnocení přežití a jejich osteointegrační vlastnosti jsou vynikající. Jelikož bylo jako důvod požadavku HA v ZD uvedeno právě zvýšení osteointegrace, domníváme se, že požadavek není opodstatněný. Není nám známo, že by měly kyčelní jamky s nástřikem HA výrazně lepší vlastnosti či délku přežití.

Poznámka k částem 1. – 9.:

Zadavatel požaduje dlouholeté zkušenosti implantátů v ČR – 20 let na trhu.

Implantáty, které naše firma nabízí ve svém portfoliu, mají dlouhodobé, často i 20ti leté výsledky, avšak na mezinárodním poli. Nicméně, podle našeho názoru, tento požadavek může vést k tomu, že budou ve výběrovém řízení nabízeny především zastaralé, velmi často neaktuální, případně již běžně nepoužívané, implantáty. Vzhledem k tomu, že tento požadavek je uveden ve všech skupinách, neumožňuje zadavatel svým nemocnicím použití novějších, aktuálně používaných, fungujících implantátů.

Ve výzvě k účasti v předběžné tržní konzultaci zadavatel uvádí, že má zájem o účast co největšího počtu dodavatelských firem. Toto tvrzení se nám zdá v rozporu s uvedeným požadavkem. Několik, dnes již renomovaných, běžně používaných a fungujících firem, dodávajících totální endoprotézy do ČR, na našem trhu takto dlouhou dobu nepůsobí. Z tohoto důvodů se nám zdá požadavek diskriminační.

.....
Ing. Jaroslav Chyba, Comes, spol. s r.o.