

## DOTAZNÍK K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

Pozn.: účastník poskytne vhodnou odpověď.

### „Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“

Je specifikace plnění veřejné zakázky v zadavatelem navrhované podobě úplná, konkrétní a srozumitelná? V případě, že se některé parametry z Vašeho pohledu jeví jako neúplné, obtížně splnitelné, případně diskriminační si Vás dovoluujeme požádat o Vaše vyjádření.

#### Část 1 – Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka

- Není jasný termín „klasického typu“ prosím upřesnit, aby bylo jednoznačné
- Cementovaná jamka
  - o Možnost až 12ti velikostí v průměrech 42-64
    - Alespoň 6 velikostí 38 – 53 mm
      - u cementované jamky hraje roli tloušťka cementu
  - o Kanály pro odtok cementu?
    - Předpoklad je maximálního zachování cementu a jeho zatlačení do trabecul
- Cementovaný dřík
  - o Materiál slitina CoCr nebo Nerezová ocel (Stainless Steel)

#### Část 2 – Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s leštěným dříkem s centralizérem + PE jamka

- Cementovaná jamka
  - o Možnost až 12ti velikostí v průměrech 42-64
    - Alespoň 6 velikostí 38 – 53 mm
      - u cementované jamky hraje roli tloušťka cementu
  - o Kanály pro odtok cementu?
    - Předpoklad je maximálního zachování cementu a jeho zatlačení do trabecul
- Cementovaný dřík
  - o Materiál slitina CoCr nebo Nerezová ocel (Stainless Steel)

#### Část 3 – Náhrada kyčelní kloubu hybridní s modulární press fit jamkou a cementovaným dříkem klasického typu

- Není jasný termín „klasického typu“ prosím upřesnit, aby bylo jednoznačné
- Necementovaná jamka
  - o Záslepka pro implantační otvor je součástí ~~balení~~ <sup>balení</sup> ~~dodávky~~ <sup>dodávky</sup> (je balená samostatně)

- ## Část 4 – Náhrada kyčelního kloubu hybridní s modulární press-fit jamkou a cementovaným leštěným dříkem s centralizérem

- Část 5 – Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dřikem, standard PE vložka acetabulární komponenty**

- Část 6 –** Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, pro pacienty s vyššími pohybovými nároky, cross-link E plast vložky acetabulární komponenty

- Část 7 –** Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dřikem, pro mladé pacienty s nejvyššími pohybovými nároky, kombinace keramika-keramika

- Stránka 2 z 3

**Část 8** – Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky

- pravé a levé provedení – čeho? Předpoklad femorální komponenty

**Část 9** – Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vysokými pohybovými nároky

- spektrum velikostí minimálně 7
- možnost dodávky implantátu pro implantaci u pacientů s alergií na Co, Cr, Ni
  - o specifický segment

.....

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele  
Ing. Michala Malát, MHA, jednatelka  
Ondřej Podhola, na základě plné moci