

DOTAZNÍK K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“

Dodavatel:

B. Braun Medical s.r.o.

V Parku 2335/20

148 00 Praha 4

IČ: 48586285

Položená otázka:

Je specifikace plnění veřejné zakázky v zadavatelem navrhované podobě úplná, konkrétní a srozumitelná?

Odpověď:

Po prostudování zaslané specifikace materiálů, které mají být předmětem plnění veřejné zakázky, předkládáme následující podněty pro jejich úpravu:

- 1) Pro část 1 – 9 je požadována křivka přežití po více než 10 letech v 90 % případech.

Dle našich zkušeností z jiných veřejných zakázek na obdobné typy materiálu bývá standardně možnost splnění tohoto požadavku ve dvou časových horizontech, a to kromě uvedených 10 let, také po 5 letech s vyšším procentem přežití.

Navrhujeme tedy přípuštění hodnocení přežívání implantátu také po 5 letech s vyšším procentem přežití než 90 %. Tato varianta umožní nabídnutí také inovovaných variant implantátů, které jsou kvalitnější a využívají moderních poznatků.

- 2) K části 1 a 2 - zadavatel požaduje možnost použití STD PE nebo X-link PE s variantou 28mm, 32mm a 36mm.

Tento požadavek navrhujeme doplnit o variantu BetaPE. Na základě našich studií vykazuje standardní PE po sterilizaci Beta zářením, kterou provádí dodavatel, stejné mechanické vlastnosti jako X-link PE. Neumožnění této varianty by omezilo možnost nabídnout část běžně používaných a kvalitních výrobků.

Děkujeme za oslovení v rámci předběžné tržní konzultace a zvážení výše uvedených bodů

Ing. Miroslava Eliášová
B. Braun Medical s.r.o.
Na základ plné moci