

Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2020-000383 Veřejná zakázka malého rozsahu: „Update softwaru karyotypovacích stanic“

Typ zařízení:		
Výrobce:		
Technická specifikace	ano/ne	poznámky
Charakteristika zařízení:		
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 5 ks nejaktuálnějších verzí licencovaných balíčků softwarů pro karyotypovací stanice Lucia Cytogenetics.		
<b>3.1. Specifikace softwaru karyotypovacích stanic</b>		
✓ Software musí být zdravotnický prostředek IVD		
✓ Update modulů softwaru LUCIA Karyo, FISH a Module BACKUP		
✓ Software musí běžet na platformě Windows 10Pro		
✓ Software musí běžet minimálně na HW - PC procesor i7, 16GB RAM, 256 SSD, FireWire (IEEE1394) - PCI karta s 3 I/O 6pin portem pro připojení kamery Jenoptik ProGres MF		
✓ Software musí být kompatibilní se stávajícími kamerami Jenoptik ProGres MF a musí je podporovat		
✓ Nejaktuálnější verze softwaru pro karyotypovací stanice Lucia Cytogenetics		
✓ Připojení všech 5 softwarů do stávající LUCIA databáze		
<b>3.2. Součást dodávky</b>		
✓ V rámci dodávky musí být 5 ks nejaktuálnějších verzí licencovaných balíčků softwarů pro karyotypovací stanice ÚLG FNOL		
✓ Součástí dodávky není HW PC, ale pouze SW (včetně licencí) kompatibilní s výše specifikovaným HW		
<b>3.3. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž</b>		
✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.		
✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma		
✓ Zajištění servisní podpory po dobu předpokládané provozuschopnosti. Předpokládaná délka je 10 let.		
<b>3.4. Obecné požadavky</b>		
✓ Délka záruky minimálně 36 měsíců		