

Technické požadavky k VZMR
"Příslušenství k svislým rampám GeminaDUO II"
VZ-2020-000495

technické požadavky	ANO/NE	poznámky
1.1. Charakteristika příslušenství k svislým rampám GeminaDUO:		
• Požadujeme dodat, nainstalovat a uvést do provozu příslušenství k 21 kusům svislých ramp GeminaDUO na pracoviště nové budovy ambulance Hemato-onkologické kliniky, přičemž součástí je zaškolení personálu k používání a k následnému proškolení uživatelů v rámci FNOL.		
1.2. Technická specifikace příslušenství k svislým rampám GeminaDUO:		
• příslušenství k s 21 kusům svislých ramp GeminaDUO		
• příslušenství musí být plně kompatibilní se svislými rampami GeminaDUO výrobce Drägerwerk AG & Co. KGaA		
• požadované příslušenství se skládá z nosičů (ramen) monitorů vitálních funkcí s uchycením na tyč, polic s bočními medilišti a s uchycením na tyč, z dvojitých zásuvek (modulů pro dokumentaci) s uchycením pod polici, z nerezových drátěných košíků na medilišti a plastových držáků pro organizaci kabelů		
1.2.1. Technická specifikace nosičů monitorů vitálních funkcí s uchycením na tyč k svislým rampám GeminaDUO:		
• požadujeme 21 kusů jednoramenných nosičů (ramen) monitorů vitálních funkcí s uchycením na tyč		
• ramena musí mít minimální délku 200 mm		
• ramena musí být otočná s celkovou délkou včetně úchytů 300 mm		
• ramena musí umožnit uchycení na svislé tyči o průměru 38 mm		
• součástí ramen musí být adaptéry pro uchycení na svislé tyči o průměru 38 mm		
• ramena musí mít integrovaný systém vedení kabelů a třecí brzdu		
• ramena musí mít uchycení monitoru na slide nebo na trny kompatibilní s monitory DASH 4000		
• ramena musí odolávat běžným dezinfekčním prostředkům		
• ramena musí mít nosnost minimálně 20 kg		
• zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma		
• zaškolení personálu v rámci návodu k použití dle zákona 268/2004 Sb. zdarma		
• zaškolení personálu v rámci návodu k následnému proškolení uživatelů v rámci FNOL dle zákona 268/2004 Sb. zdarma		
1.2.2. Technická specifikace polic s uchycením na tyč k svislým rampám GeminaDUO:		
• požadujeme 42 kusů polic s uchycením na tyč		
• police musí mít rozměr 480 x 480 x 22 mm		
• police musí mít využitelnou plochu o rozměru 430 x 480 mm		
• police musí umožnit uchycení na svislé tyči o průměru 38 mm		
• police musí mít na obou bočních stranách medilišti o rozměru 10 x 25 x 380 mm		
• boční medilišti musí mít každá nosnost minimálně 5 kg		
• police musí být v rozích opatřeny bezpečnostními krytkami		

• police musí být opatřeny práškovou barvou zaručující hladký a antistatický povrch		
• police musí mít povrchovou úpravu odolávající běžným dezinfekčním prostředkům		
• police musí mít nosnost minimálně 30 kg		
1.2.3. Technická specifikace dvojité zásuvky s uchycením pod polici k svislým rampám GeminaDUO:		
• požadujeme 21 kusů dvojitých zásuvek s uchycením pod polici (modulů pro dokumentaci)		
• dvojité zásuvky musí mít každá vnější rozměr 430 x 340 x 170 mm		
• dvojité zásuvky musí mít každá vnitřní rozměr 330 x 250 x 110 mm		
• dvojité zásuvky musí umožnit uchycení pod výše požadované police		
• dvojité zásuvky musí mít povrchovou úpravu odolávající běžným dezinfekčním prostředkům		
• dvojité zásuvky musí mít každá nosnost minimálně 5 kg		
1.2.4. Technická specifikace nerezových drátěných košíků s uchycením na medilištu k svislým rampám GeminaDUO:		
• požadujeme 21 kusů nerezových drátěných košíků s uchycením na medilištu		
• nerezové drátěné košíky jsou určeny pro balení jednorázových rukavic		
• nerezové drátěné košíky musí mít vnitřní rozměr minimálně 200 x 130 x 85 mm		
• nerezové drátěné košíky musí umožnit uchycení na výše uvedených medilištích		
• nerezové drátěné košíky musí odolávat běžným dezinfekčním prostředkům		
• nerezové drátěné košíky musí mít každá nosnost minimálně 2 kg		
1.2.5. Technická specifikace plastových držáků pro organizaci kabelů k svislým rampám GeminaDUO:		
• požadujeme 42 kusů plastových držáků pro organizaci kabelů umožňující uchycení do instalační drážky		
• 21 kusů plastových držáků pro organizaci kabelů musí být v pravém provedení		
• 21 kusů plastových držáků pro organizaci kabelů musí být v levém provedení		
• délka záruky (min. 2 4 měsíců)		
• nabídková cena vč. DPH		