



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Název veřejné zakázky: CUCAM - Soubor přístrojů a příslušenství pro syntézní a optickou laboratoří

Interní číslo veřejné zakázky: VZ/17/004

PID: UKPRF17-10542

V Praze dne 11.5.2017

Dotaz

část VZ, položka 9 : Předvážky

Zadavatel v technické specifikaci uvádí, že požaduje předvážky s max. váživostí 2 500 g.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13.4.2017 zadavatel specifikuje, že bude akceptována minimální váživost 0,01 g. Nejedná se prosím o chybu? Nemyslí tímto zadavatel přesnost vah? Bude tedy zadavatelem akceptována například váha s přesností 0,01 g a max. váživostí 200 g?

Odpověď zadavatele

Parametry předvážek jsou následující:

- přesnost min. 0,01 g
- min. váživost 0,01 g
- váživost max. 2500 g

Rozpětí váživosti min. 0,01g a max. 2500g ve spojení s tím, že se jedná o minimální požadavky, je nutno vykládat tak, že se jedná o rozpětí váživosti a dodavatelé mohou nabídnout předvážky s parametry lepšími, což neplatí pro parametr váživost max. 200g.

Odpověď má charakter vysvětlení a proto zadavatel nemění lhůtu pro podávání nabídek.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy