

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

**Zadavatel:** Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice  
**Sídlo:** Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice  
**IČ:** 00673552  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel

### **Název veřejné zakázky: „PN Horní Beřkovice - Obnova sanitních vozidel“**

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### **Dotaz č. 1:**

**V příloze č. 1 ZD – Technická specifikace – v popisu vozidla určeného k přestavbě na sanitní vozidlo uvádíte tyto požadované parametry:**

- Maximální výkon motoru min. 130 kW při 3500 ot./min.

**V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ uvádíte:**

- 2. maximální výkon motoru 130 kW při 3800 ot./min.

**Dotaz:** Který počet otáček platí a jak máme chápat pojem „Maximální výkon min.“? Pro informaci uvádíme, že např. vůz VW Crafter oficiálně nabízí motor o výkonu 130 kW při 3600 ot./min., MB Sprinter nabízí motor 120 kW při 3800 ot./min. nebo 140 kW při 3800 ot./min.

#### **Odpověď:**

Zadavatel požaduje minimální výkon motoru 130 kW při 3500 ot./min.

#### **Dotaz č. 2:**

**V příloze č. 1 ZD – Technická specifikace – v popisu vozidla určeného k přestavbě na sanitní vozidlo uvádíte tyto požadované parametry:**

- Obložení stěn, stropu, výplní dveří a podběhů zadních kol sanitního prostoru hladkým a snadno omyvatelnými a dezinfikovatelnými díly z jednoho kusu z kompozitních materiálů s minimem spár a zatmelením proti zatečení, odolné vůči desinfekčním prostředkům, schváleným desinfekčním programem Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

**Dotaz:** Bude zadavatelem akceptováno obložení stěn a stropu bílým práškově lakovaným, omyvatelným a dezinfikovatelným aluminiovým plechem se zatmelením a utěsněním všech spár, běžně používaným při výrobě sanitních vozidel?

#### **Odpověď:**

Zadavatel souhlasí s výše uvedeným řešením dodavatele.

#### **Dotaz č. 3:**

**V příloze č. 1 ZD – Technická specifikace – v popisu vozidla určeného k přestavbě na sanitní vozidlo uvádíte tyto požadované parametry:**

- Topení a klimatizace s min. poloautomatickou regulací, s druhým výměníkem topení v ambulantním prostoru a s druhým výparníkem klimatizace s vývody do stropu v ambulantním prostoru a s druhým výparníkem klimatizace s vývody do stropu v ambulantním prostoru, s prachovým a pylovým filtrem.
- Přídavné topení a klimatizace se stropními výdechy pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla.

**Dotaz:** Bude zadavatelem akceptováno vozidlo s originálním výměníkem klimatizace, umístěným v úložném prostoru nad kabinou řidiče s výdechy umístěnými v horní části dělicí přepážky pod stropem a směřujícími proti směru jízdy do patientského prostoru?

**Odpověď:**

Zadavatel souhlasí s výše uvedeným řešením dodavatele.

**Dotaz č. 4:**

**Dotaz:** Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmé, jak má být vozidlo v patientském prostoru prosklené. Prosíme o upřesnění, zda má být celoprosklené nebo jen s oknem v bočních a zadních dveřích patientského prostoru.

**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje že, vozidlo má být celoprosklené.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek spočívající v uveřejnění upravené technické specifikace předmětu plnění stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek **na 28. 6. 2017 do 11 hodin** do sídla zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno dne 28.6.2017 v 11,10 v sídle zadavatele. Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změn.

V Horních Beřkovicích dne 14. 6. 2017

Příloha: Upravená příloha č. 4 ZD – Technická specifikace předmětu plnění