



ZAPOJENÍ SLABOPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ – PRINCIPIELNĚ


Zapojení pokojového terminálu do datového rozvaděče



Zapojení tlačítka a táhla nouzového volání, a zásuvky pacienta do pokojového terminálu




Zapojení zásuvek na sesterně do datového rozvaděče



LEGENDA KABELAŽE	
ZNAČENÍ	NÁZEV
	UTP kabel pro připojení tlačítka + táhla nouzového volání a signalizačního svítidla do pokojového terminálu
	UTP kabel pro připojení pokojového terminálu, hlavního terminálu a služebního terminálu do rocku a kabel B (1x2,5) pro napojení ei. zámků pro přístupový systém

LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210–235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu	82x82x23	KU 68
	Audio zásuvka	82x82x23	KU 68
	Telefonní zásuvka IN–OUT	82x82x40	KU 68
	Datový rozvaděč	600x370x395	KU 68 KO 125 E
	Datový rozvaděč	600x500x395	KU 68 KO 125 E
	Datový rozvaděč	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	Datový rozvaděč	600x765x395	KU 68 KO 125 E
	Napájecí zdroj+lokální server	483x133x255	RA19"
	Rozvodný panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Svítidlo signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál	82x82x23	KU 68
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23	2xKP 67/2
	Pokojový terminál hovorový s displejem	220x82x23	3xKP 67/2
	Zásuvka pacienta s tlačítko pacienta	82x82x39	KU 68
	Tlačítko pacienta	52x100x22	Zásuvka pacienta
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68

		ING. ARCH. ZBYNEK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383323436, MOB: 77732201 EMAIL: SKALA@STATATELER.CZ		paré	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
AKCE	REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍCH OBORŮ (MOJIP)				ZAKÁZKA
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov				ZODP. PROJEKTANT
MÍSTO	p.č. 1836/6 - k. ú. Benešov u Prahy				VYPRACOVAL
ČÁST	D.1.4.D. ELEKTROINSTALACE				MARTIN POČTA + 420 60808692
OBSAH	SCHEMA SESTRA PACIENT				MĚŘITVO
					DATUM
					VÝKRES
					07/2017
					4.3