

### Vysvětlení zadávací dokumentace

Ústav leteckého zdravotnictví Praha jako veřejný zadavatel obdržel žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Anesteziologický přístroj“ zadávané v otevřeném řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

K položeným dotazům uvádím následující:

#### Dotaz č. 1

Zadavatel v Technické specifikaci, příloze č. 1 ZD požaduje: elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem – bez řídicího plynu

Účastník nabízí obdobné technické řešení se zachováním medicínského účelu a to ventilátor poháněný plynem.

Elektrický pohon ventilátoru nabízí pouze jeden výrobce, takový požadavek pokládáme za diskriminační, neodpovídající § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Bude zadavatel akceptovat elektronicky řízený ventilátor poháněný plynem?

#### Dotaz č. 2

Zadavatel v Technické specifikaci, příloze č. 1 ZD požaduje: možnost uspořádání pro použití na pravé i levé straně operačního stolu.

Vzhledem k tomu, že pro použití přístroje „pravé“ či „levé“ je vždy nutný technický zásah pro demontáž pevné části okruhu z jedné strany přístroje a jeho přemístění na druhou stranu (také přírodní vedení), dovozuje účastník, že se jedná o požadavek univerzálnosti v použití obrazovky ventilátoru (včetně monitoru životních funkcí).

Účastník dovozuje, že zadavatel požaduje umístění obrazovky ventilátoru na samostatném a pohyblivém rameni. Takové uspořádání je nutné pro přehlednost všech údajů o průtocích plynů, spirometrii i plynové analýze je nutné jejich sledování z různých úhlů pohledu s využitím barevné dotykové obrazovky ventilátoru (15').

Je tento předpoklad účastníka správný?

#### Odpověď č. 1

Ano zadavatel bude akceptovat anesteziologický přístroj s ventilátorem poháněný plynem.

#### Odpověď č. 2

Ano zadavatel bude akceptovat monitor na samostatném pohyblivém rameni.

  
Administrátor veřejné zakázky  
Ing. Vladimír Kozlík